


MpDS

Medical pre-Diagnostic System



REQUISITOS

Sistema operativo Android 8 ou superior; iOS 11.0 ou posterior

Resolução Mínima do Ecrã

720x540 (hdpi, Normal Size). Este requisito é necessário para garantir que existe resolução suficiente no preview da câmara para executar processamento de imagem em tempo real (e.g. deteção do sinal cutâneo no processo de aquisição). Cobre 91.4% dos smartphones Android e iOS de acordo com as estatísticas oficiais.

Resolução Mínima da Câmara 5 Megapixels

2021