


MpDS

Medical pre-Diagnostic System



REQUISITOS

Sistema operativo	Android 8 ou superior
Resolução Mínima do Ecrã	720x540 (hdpi, Normal Size). Este requisito é necessário para garantir que existe resolução suficiente no preview da câmara para executar processamento de imagem em tempo real (e.g. deteção do sinal cutâneo no processo de aquisição). Cobre 91.4% dos smartphones Android de acordo com as estatísticas oficiais.
Resolução Mínima da Câmara	5 Megapixels